**Artikelnummer 290484**

Classic

# Untersuchungshandschuhe, ABENA Classic Sensitive, L, Schwarz, Nitril, puderfrei

- ✓ Elastisch
- ✓ Extra weich
- ✓ Passt sich der Hand an
- ✓ Dünn, für gutes Tastempfinden
- ✓ Schwarz

MD CE CAT III

## Produktbeschreibung

Elastischer Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs der Handform anpasst und für eine gutes Tastempfinden sorgt. Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten, Handhabung von Lebensmitteln, Umgang mit Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich.

LATEX · MEDIUM GRIP · 240 mm · AQL 1.5 · 374-1:2016/ Type B KPT · EN ISO 374-5: 2016 VIRUS · EN 455 · EN ISO 21420

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| **Produktbezeichnung** | Untersuchungshandschuhe |
| **Marke** | ABENA |
| **Produktserie** | Classic Sensitive |
| **Größe** | L |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Eigenschaften** | Finger texturiert, latexfrei, Mittlere Griffsicherheit, Gerollte Manschette, empfindlich |
| **Besonderheiten** | Puderfrei |
| **Einmalige oder mehrfache Verwendung** | Einmaliger Gebrauch |
| **Material** | Nitril |
| **Inhaltsstoffe** | Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulphur, Titanium Dioxide, black pigment, Antifoam ELP |
| **Länge/Tiefe** | 240 mm |
| **Breite** | 107 mm |
| **Gewicht, netto** | 3.5 g |
| **Stärke** | 0,05 mm |
| **Zertifizierungen** | CE. Für Lebensmittel. CAT III. MD. |
| **CE-Kategorie** | CAT III |
| **CE-Klasse** | Klasse I |
| **Produkt- oder Prüfnormen** | AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020 |
| **Richtlinien, Verordnungen und Gesetze** | (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745 |
| **PZN Packung** | 12445345 |
| **PZN Karton** | 12445351 |
| **Haltbarkeit** | 5 Jahre |
| **Anweisungen zur Aufbewahrung** | Trocken, sauber und bei Raumtemperatur lagern. |

29048403

| | |
|---|---|
| **Anweisungen zum Entsorgen von Produkten** | Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. |
| **Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen** | Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. |

## Anwendungshinweis

Die Handschuhe vor Gebrauch auf Fehler und Mängel untersuchen.

## Verpackungsinformationen

| Einheit | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kart | 1000 Stck | 26 cm | 26.8 cm | 25.5 cm | 5703538355493 |
| pckg | 100 Stck | 24.2 cm | 12.2 cm | 5 cm | 5703538355509 |
| paar | 2 Stck | | | | |
| Stck | 1 Stck | | | | |

MD

Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.

CE

Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.

CAT III

Für sämtliche persönliche Schutzausrüstung (PSA-Produkte) der Kategorie III ist eine Typgenehmigung durch Dritte erforderlich. KAT III-Produkte sind mit einer Nummer der benannten Stelle für die Überprüfung der Produktsicherheit durch Dritte gekennzeichnet.

Das Glas-Gabel-Symbol garantiert, dass Produkte die Anforderungen der europäischen Gesetzgebung für Lebensmittelkontaktmaterialien erfüllen. Das Symbol ist für Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden, nicht obligatorisch, aber empfohlen.

---

Das Produkt ist latexfrei.

Der Handschuh hat strukturierte Finger.

MEDIUM GRIP

Der Handschuh hat mittlere Griffsicherheit.

Der Handschuh ist 240 mm lang.

Die Norm legt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen fest. Typ B wurde mit den Chemikalien Natriumhydroxid 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 % auf eine Permeationszeit von mindestens 30 Minuten getestet.

Die Norm legt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen fest. Dieser Teil der Norm beschreibt die Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen Bakterien, Pilze und Viren.

29048403

**EN 455**

EN 455 besteht aus vier Normen, auf die Handschuhe geprüft werden müssen, damit es sich um einen medizinischen Handschuh handelt. Diese Norm legt die Anforderungen für medizinische Einweghandschuhe fest.

**EN ISO 21420**

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen und die einschlägigen Prüfverfahren für die Gestaltung und den Bau von Handschuhen, die Unschädlichkeit, den Tragekomfort und die Wirksamkeit sowie die Kennzeichnung und die Angaben des Herstellers fest, die für alle Schutzhandschuhe gelten.

29048403